

抗HLA抗体（スクリーニング検査）及び抗HLA抗体（抗体特異性同定検査）の測定に関する施設基準および精度管理保証について

当院は以下の施設基準を全て満たしています。

- ア. 区分番号「B001」の「25」移植後患者指導管理料（臓器移植後の場合に限る。）に関する施設基準の届出を行っております。
- イ. 関係学会による指針を遵守し検査を実施しています。

「イ. 関係学会による指針の遵守」について

当検査部は、日本組織適合性学会 QCWS 参考プロトコルに基づいて検査を実施し、毎年開催される QCWS（精度管理）に参加しています。

- ・ QCWS 評価表（JCHO 中京病院）
- ・ QCWS 集会参加証明書

このページのURL

<http://chukyo.jcho.go.jp/?p=387>

第25回HLA-QCワークショップ：抗体検査の評価報告

一般社団法人日本組織適合性学会 組織適合性技術者認定制度委員会 QCワークショップ部会

(評価の対象：抗体検出，抗体特異性の結果)

1. 使用検査法

施設番号	Lab.ID	LCT	ICFA	MPHA	LIFECO DES	Flow PRA	LAB Screen	WAK Flow	仮想 クロス
25028	S25015					○	○		

2. 評価結果

① 抗体検出評価 (評価点：100点)

施設番号	Lab.ID	抗体検出評価		評価点	評 定	評価点の算出 評価対象数(b)に対する報告結果から算出した採点(a)の比率 (a/b)
		採 点 (a)	評価対象数 (b)			
25028	S25015	8	8	100.0	A	

○抗体検出評価のコメント

コメント

② 抗体特異性評価 (評価点：100点)

施設番号	Lab.ID	抗体特異性評価				評価点	評 定	評価点の算出 評価対象抗原数(b)に対する報告結果から算出した採点(a)の検体毎比率 (a/b) の平均値
		Class I		Class II				
		Q25S1	Q25S2	Q25S1	Q25S2			
		40	41	22	22	98.9	A	
25028	S25015	40.0	41.0	21.0	22.0			

最下段：報告結果から算出した採点(a)、サンプルNo.の下段：評価対象抗原数(b)

○抗体特異性評価のコメント

コメント

評価点	評定	評定内容
80-100	A	良好
40-80>	B	要確認
0-40>	C	要改善

3. 結果提出日、記入方法の不備など (コメントのみ)

施設番号	Lab.ID	コメント
25028	S25015	

参加登録番号

1208

参加証明書

2021 年度 QCワークショップ集会に参加されたことを証明いたします。

所属施設名 JCHO中京病院 検査部

参加者氏名 竹内 基 殿

会期 2021年9月5日（日）

開催地 京都

会場 WEB

一般社団法人 日本組織適合性学会

理事長 一戸 辰夫



この証明書は、組織適合性認定制度による技術者・教育者・指導者の認定申請及び更新申請に必要ですので、大切に保管して下さい。*再発行はできませんのでご注意ください。

参加登録番号

1208

領収書

¥ 3,000円

但し、2021 年度 QCワークショップ集会参加証明書発行費として領収しました。

所属施設名 JCHO中京病院 検査部

参加者氏名 竹内 基 殿

会期 2021年9月5日（日）

開催地 京都

会場 WEB

一般社団法人 日本組織適合性学会

理事長 一戸 辰夫

